

Radom, 15.07.2026

KLINIKA NEURORADIOCHIRURGII SP. Z O.O.
ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa
Radomskie Centrum Onkologii
im. Bohaterów Radomskiego Czerwca '76
Uniwersytecka 6a,
26-600 Radom,
<https://onkologiaradom.pl/>

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
(ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW)**

Dotyczy zapytania ofertowego nr 01/KG/2026/FM

„Dostawa, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sterylizatora parowego dla Radomskiego Centrum Onkologii im. Bohaterów Radomskiego Czerwca '76”.

Działając w imieniu Zamawiającego, w związku z wpłynięciem w toku postępowania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, na podstawie postanowień Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje poniższe wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia oraz ewentualne modyfikacje są wiążące dla wszystkich Oferentów i stanowią integralną część Zapytania ofertowego. Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu ofert

I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Pytanie nr 1

ad. 16 Czy Zamawiający dopuszcza certyfikację ISO 9001 jako punktowaną o wartości 10 pkt?

Odpowiedź na pytanie nr 1

ad.16 zamawiający nie dopuszcza zmiany kryterium na ISO 9001 (certyfikat ISO 9001 dotyczy systemu zarządzania jakością, co stanowi odmienny obszar certyfikacji)

Pytanie nr 2

ad. 17 Czy Zamawiający dopuszcza orurowanie gwintowane (całkowita szczelność)?"

Odpowiedź na pytanie nr 2

ad.17 zamawiający nie dopuszcza orurowania gwintowanego i podtrzymuje OPZ w niezmienionej formie. (zapobieganie zakażeniom wewnątrzszpitalnym, dla zapewnienia higieny, łatwość demontażu w procesach sterylizacji).