

Radom, 11.09.2026

**ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIU TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ MODYFIKACJI
DOKUMENTACJI**

Kliniki Neuroradiochirurgii Sp. z o.o. (Radomskie Centrum Onkologii), działając na podstawie postanowień Zapytania ofertowego nr **ZO nr 05/KG/2026/FM** oraz wewnętrznej Procedury zakupowej, udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz dokonuje modyfikacji treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:

Pytanie 1 (dotyczące l.p. 17 OPZ):

Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość zaoferowania w l.p. 17 wymagań szczegółowych OPZ drukarki oferującej rozdzielczość XY co najmniej 46 mikronów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że intencją zapisu w l.p. 17 tabeli wymagań technicznych OPZ jest wymóg rozdzielczości w płaszczyźnie XY nie gorszej niż 50 mikronów, tj. wartość piksela równa 50 μm lub mniejsza (drobniejsza) jest w pełni zgodna z wymaganiem (mniejsza wartość oznacza wyższą rozdzielczość).

Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający dokona modyfikacji treści Załącznika nr 2 (OPZ), nadając pozycjonowanemu zapisowi następujące brzmienie:

„Wielkość piksela w płaszczyźnie XY nie większa niż 50 mikronów”. Drukarka oferująca rozdzielczość XY 46 mikronów (lub mniejszą) spełnia powyższy wymóg.

Pytanie 2 (dotyczące warunku udziału – Rozdział VIII pkt 2b):

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymogu stawianego w rozdziale VIII, pkt. 2b zapytania ofertowego, ograniczając wymóg do wykazania się co najmniej jedną dostawą rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia wraz z dowodem należytego wykonania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji treści Zapytania ofertowego w zakresie Rozdziału VIII pkt. 2b.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Zapytania ofertowego oraz załączników w wyżej wymienionym zakresie. Zmieniona dokumentacja zostaje opublikowana na stronie internetowej Postępowania.

Pozostałe postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.