

Radom, 3.09.2026

Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego nr 03/KG/2026/FM

Zamawiający: KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII SP. Z O.O.

ul. Wojciecha Górskiego 9, 00-033 Warszawa

Radomskie Centrum Onkologii

im. Bohaterów Radomskiego Czerwca '76

Uniwersytecka 6a,

26-600 Radom,

Dotyczy: Postępowania: „Dostawa, instalacja, uruchomienie i przeszkolenie personelu w zakresie obsługi 2 szt. lamp operacyjnych oraz demontaż dotychczas użytkowanych lamp operacyjnych wraz z ich elementami mocującymi oraz adaptację infrastruktury budowlano-instalacyjnej do wymagań nowego sprzętu dla Radomskiego Centrum Onkologii” – prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Procedury zakupowej / Regulaminu zamówień realizowanych z udziałem środków publicznych (Funduszu Medycznego) obowiązującego u Zamawiającego, z uwzględnieniem Regulaminu Negocjacji Ofertowych. Dotyczy - ZAŁĄCZNIK NR 2 zapytania ofertowego 03/KG/2026/FM

Pytania Wykonawcy:

Dotyczy punktu 10:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lamp operacyjnych w których wskaźnik oddawania barw R9 wynosi 95%.

Odpowiedź Zamawiającego:

„Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obecnym brzmieniem Opisu Przedmiotu Zamówienia, wymaganą wartością minimalną dla wskaźnika R9 jest 90. Oferowane przez Wykonawcę urządzenia o wartości 95% są zatem dopuszczone do udziału w postępowaniu, jednakże w świetle Załącznika nr 12 (Kryteria Oceny Ofert) nie uzyskają punktów premiowych.”

Pytania Wykonawcy:

Dotyczy punktu 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie lamp operacyjnych nie wyposażonych w funkcję oświetlenia otoczenia / tła.

Dotyczy punktu 23

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lamp operacyjnych w których zdolność rozpraszania cienia z jedną maska wynosi 42% dla czaszy satelitarnej i 55% dla czaszy głównej.

Dotyczy punktu 24

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lamp operacyjnych w których zdolność rozpraszania cienia z jedną maska i tubą wynosi 42% dla czaszy satelitarnej i 55% dla czaszy głównej.

Dotyczy punktu 25, 28 i 29

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o rezygnację z wymogu przystosowania lampy do współpracy z systemami zarządzania salą operacyjną oraz rezygnacji z konieczności przekazania protokołów i kodów sterujących. Pragniemy podkreślić że oferowane lampy operacyjne są przystosowane do współpracy tylko z systemem zarządzania salą operacyjną TEGRIS. Oferowane lampy wyposażone w kamery umożliwiają przejęcie i dystrybucję obrazu przez dowolny system, lecz nie dają możliwości sterowania parametrami kamery czy parametrami świetlnymi lampy.

Odpowiedź Zamawiającego do Pkt 21, 23, 24, 25, 28, 29: „Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Wnioskowane modyfikacje w zakresie braku oświetlenia tła, obniżenia zdolności rozpraszania cienia oraz zamknięcia architektury komunikacyjnej (wyłączenie dla systemu TEGRIS) stanowią istotne obniżenie jakości oraz użyteczności klinicznej sprzętu, a także uniemożliwią integrację z uniwersalną infrastrukturą informatyczną Szpitala.”

Pytania Wykonawcy:

Dotyczy punktu 31

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania lamp operacyjnych w których kamery posiadają zoom optyczny x10 oraz zoom cyfrowy x6 co sumarycznie daje powiększenie x60.

Odpowiedź Zamawiającego do Pkt 31: „Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje treść OPZ w Pkt 31, nadając mu następujące brzmienie: *Obiektyw z zoomem optycznym o powiększeniu minimum 10x, dopuszczający zastosowanie dodatkowego powiększenia cyfrowego, tak aby łączne powiększenie wynosiło minimum 60-krotne*